



**Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy
i Chorób Płuc w Olsztynie**



SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE



10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-66 /fax. (089) 532 29 79

e-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl

www.pulmonologia.olsztyn.pl

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Znak sprawy: SZP-333-23/2010

Data: 08.07.2010

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego oraz odzieży jednorazowego użytku

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759) Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące zapytania Wykonawców:

Wykonawca Nr 1

Pyt. 1: Dot. Formularza cenowego pakiet nr 6 poz. 47 Wkłady workowe

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 6 poz nr 47 wkładów workowych typu serres o pojemności odpowiednio 1000 oraz 2000 ml. Wkłady typu serres używane są przez Zamawiającego od 2 lat i Zamawiający nie wnosił zastrzeżeń co do działania w/w wkładów. Wnosimy również o odstąpienie w naszym przypadku od wymogu zaoferowania 20 szt łączników niebieskich. System Serres do poprawnego działania nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych łączników.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wkładów workowych typu serres o pojemności 1000 oraz 2000 ml. W przypadku zaoferowania takich wkładów Zamawiający nie wymaga zaoferowania łączników.

Wykonawca Nr 2

Pyt. 1: Dot. § 2 p. 2 Projekt umowy jest zapis...

“ Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko w terminie max. 3 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia. Zamawiany sprzęt medyczny jednorazowego użytku musi być dostarczany do apteki szpitalnej/magazynu szpitala”.

Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to czasem: odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie czy przesortowanie.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmiany do projektu umowy.

Pyt. 2: Dot. § 4 p.1 Projekt umowy jest zapis...

“W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia złej jakości Wykonawca wymieni zakwestionowany przedmiot zamówienia na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych od dnia ujawnienia wady i poinformowania o niej Wykonawcy”:

Prosimy o określenie terminu maksymalnego czasu oczekiwania na wymianę zakwestionowanego przedmiotu zamówienia na wolny od wad w terminie na min. 5 dni roboczych. Reklamację będziemy realizować jak najszybciej, ale rzeczywiste warunki to uznanie zasadności reklamacji, co wiąże się z wizytą Przedstawiciela oraz wysyłka.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmiany do projektu umowy.

Pyt. 3: Dot. § 4 p. 2a – kary umowne - Projekt umowy jest zapis...

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 1% wartości złożonego zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki w dostawie danej partii przedmiotu umowy, począwszy od 4 dnia od złożenia zamówienia, albo 4 dnia od dnia poinformowania”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmiany do projektu umowy.

Wykonawca Nr 3

Pyt. 1: Zadanie Nr 1, Pozycja 21-24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawek ze standardową skalą, również bardzo dobrej jakości jak strzykawki z poszerzoną skalą?

Umożliwi to przystąpienie do zadania większej liczbie Oferentów, ponieważ tylko jedna firma może zaferować strzykawki z rozszerzoną skalą.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaferowanie strzykawek ze standardowa skalą.

Pyt. 2: Zadanie Nr 1, Pozycja 10

Bardzo proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Czy to ma być worek do drenażu ran, czy opłucnej? Czy też wkłady workowe do ssaków?

Odp.: Zamawiający wymaga worków do drenażu jamy opłucnej.

Wykonawca Nr 4

Pyt. 1:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Zadania Nr 1 pozycje 1, 2 i 3** zawierające przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych – światło oporny w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie Nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Zadania Nr 1 poz. 1,2,3.

Pyt. 2: Dotyczy Zadania Nr 1 pozycji 1 i 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby w przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i przyrządy do przetaczania krwi były z komorą kroplową wolną od PVC.

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pyt. 3: Dotyczy Zdania Nr 1 pozycji 1 i 2

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści do przetargu przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi z komorami kroplowymi wykonanymi z medycznego PCV zgodnie z normami PN-EN ISO 8536-4:2007 „Zestawy jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego” oraz PN-EN ISO 1135-4:2007 „Zestawy do transfuzji do jednorazowego użytku”.

Odp.: Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pyt. 4:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z **Zadania Nr 1 pozycji 26** zawierającą strzykawki insulinowe w jeden osobny pakiet producencki (np. zadanie Nr 1a) i umożliwienie składania ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwienie złożenia oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego pakietu. Wydzielenie pozycji z zadania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Zadania Nr 1 poz. 26.

Pyt. 5: Dotyczy Zadania Nr 1 pozycji 21 – 27

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuści przeliczenie ilości sztuk na opakowania zawierające po 100 sztuk asortymentu z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk na opakowania bez konieczności zmian w SIWZ.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości sztuk na opakowania zawierające po 100 sztuk asortymentu.

Pyt. 6:

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z **Zadania Nr 3 pozycje 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 21** zawierające kaniule i koreczki w jeden osobny pakiet producencki (np. Zadanie Nr 3a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Zadania Nr 1 poz. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, i 21.

Pyt. 7: Dotyczy Zadania Nr 3 pozycji 12

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule noworodkowe 24G 0,72x19mm o przepływie 20 ml/min.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w kaniul.

Pyt. 8: Dotyczy Zadania Nr 3 pozycji 13

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 22G 0,9x25mm o przepływie 31 ml/min.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w kaniul.

Pyt. 9: Dotyczy Zadania Nr 3 pozycji 14

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 20G 1,1x32mm o przepływie 54 ml/min.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w kaniul.

Pyt. 10: Dotyczy Zadania Nr 3 pozycji 15 i 16

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 18G 1,3x45mm o przepływie 80 ml/min.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w kaniul.

Pyt. 11: Dotyczy Zadania Nr 3 pozycji 17

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule 17G 1,5x45mm o przepływie 130 ml/min.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w kaniul.

Pyt. 12: Dotyczy Zadania Nr 3 pozycji 13 – 17

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule venflon, które na opakowaniu jednostkowym mają informację o braku zawartości PCV, a informacja o braku zawartości lateksu i PCV jest na opakowaniu zbiorczym.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w kaniul.

Pyt. 13: Dotyczy Zadania Nr 3 pozycji 21

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu koreczki do kaniul pakowane w opakowanie typu tyvec z mankietem łatwym do otwierania (na pasku znajdują się 4 sztuki koreczków, z których każdy jest zapakowany osobno; opakowanie umożliwia wyjęcie pojedynczej sztuki z zachowaniem zasad aseptyki).

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/w koreczków.

Pyt. 14: Dotyczy Zadania nr 4 pozycji 13 - 19

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji dopuści do przetargu kaniule dożylnie z 3 paskami kontrastującymi w promieniach RTG.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania kaniule dożylnie z 3 paskami kontrastującymi w promieniach RTG.

Wykonawca Nr 5

Pyt.1:

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odp.: Zamawiający nie wymaga aby w/w informacje znajdowały się na wystawionej fakturze.

Pyt.2:

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

Odp.: Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Pyt. 3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zmiany umowy określone w projekcie umowy dołączonym do SIWZ.

Pyt. 4:

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odp.: Zamawiający nie wymaga aby dostawy towaru do swojej siedziby odbywały się specjalnymi środkami transportu.

Pyt. 5: Dotyczy Zadania Nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania cewnika sterylnego w opakowaniu folia-papier?

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowanie cewnika sterylnego w opakowaniu folia-papier ale nie wymaga.

Pyt. 6. Dotyczy Zadania Nr 1, poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelki do drenażu o pojemności 600ml, z łącznikiem, zaciskiem (pełniącym również rolę kora), uchwytem do podwieszania oraz dodatkowym drenem? w przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w z pakietu.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w/w butelki do drenażu i wyraża zgodę na wydzielenie poz. 10 z Zadania Nr 1 i dołączenie jej do Zadania Nr 6 (podzielonego) jako pozycji 48.

Pyt. 7: Dotyczy Zadania Nr 1, poz. 13

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rurek pokrytych silikonem?

Odp.: Zamawiający nie wymaga rurek pokrytych silikonem.

Pyt. 8: Dotyczy Zadania Nr 1, poz. 25

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z igłą 0,5x16?

Odp.: Nie.

Pyt. 9: Dotyczy Zadania Nr 1, poz. 26

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z igłą 0,4x13?

Odp.: Tak.

Pyt. 10: Dotyczy Zadania Nr 1, poz. 39

Czy Zamawiający miał na myśli przyrząd wyposażony w filtr aerozolowy 0,2um, filtr cząsteczkowy 5um oraz korek i zastawkę antyzwrotną?

Odp.: Tak.

Pyt. 10: Dotyczy Zadania Nr 1, poz. 43, 44

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu co pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 43, 44 z Zadania Nr 1 i dołączenie jej do Zadania Nr 6 (podzielonego) jako pozycji 49 i 50.

Wykonawca Nr 6

Pyt. 1: Dotyczy § 2 ust. 2 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5-7 dni roboczych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostaw.

Pyt. 2: Dotyczy § 3 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego dopuszczalnej zmiany ceny jednostkowej na następujący:

„Wyszczególniona cena jednostkowa netto w Załączniku Nr 1 jest ceną stałą i nie ulegnie zwiększeniu przez okres trwania umowy.

W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

a) odchylenia od kursu walut wzrost/spadek 10% stosunku do kursu z dnia złożenia oferty 2010 r. (wg tabeli NBP). Wzrost/ spadek będzie weryfikowany w ostatnim dniu roboczym miesiąca, w którym występują notowania kursu walut NBP a strony ustalają cenę na kolejny miesiąc.

b) zmiany stawki podatku VAT bądź stawek celnych i innych podobnych opłat publicznoprawnych związanych z wprowadzeniem na polski obszar celny asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia.

c) podyktowanej przez producenta zmiany cen asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone aneksem do umowy.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian w projekcie umowy.

Pyt. 3: Dotyczy § 4 ust. 1 wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 do 5-7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odp.: Wykonawca winien wymienić niezwłocznie zakwestionowany przez Zamawiającego towar, równoległe badając zgłoszoną reklamację. Zamawiający nie może pozwolić, aby szpital pozostawał bez niezbędnych sprzętów jednorazowego użytku czy rękawic choćby jeden dzień. Wykonawca ma prawo zgodnie z ogólnymi zasadami prawa cywilnego uznać bądź nie reklamację, jednak w związku z tym, iż są to dostawy sukcesywne winien niezwłocznie dostarczyć w zamian kwestionowanej przez Zamawiającego dostawy, nową wolną od wad.

Pyt. 4: Dotyczy § 4 ust. 2 lit. a)

Prosimy o obniżenie kary umownej przewidzianej w ww. postanowieniu z 1% do 0,5 %.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmiany do projektu umowy.

Pyt. 5: Dotyczy Zadania Nr 5

1. Czy w pozycji 2 Zamawiającemu chodzi rzeczywiście o rękawice pudrowane z wew. warstwą polimerową?

Odp.: Tak, jednak Zamawiający dopuszcza rękawice pudrowane bez wewnętrznej warstwy polimerowej.

2. W trosce o konkurencyjność postępowania prosimy o wyłączenie pozycji 3 do osobnego zadania.

Rękawice diagnostyczne sterylne nie są typowymi rękawicami diagnostycznymi.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 3 z Zadania Nr 5.

3. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 rękawice foliowe nie będące produktem medycznym (stawka VAT 22 %), w dwóch rozmiarach – męski i damskim (L, M)?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuści w/w rękawice.

4. W trosce o konkurencyjność postępowania prosimy o wyłączenie pozycji 8 do osobnego zadania.

Rękawice o grubszych ściankach nie są typowymi rękawicami diagnostycznymi.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 8 z Zadania Nr 5.

Wykonawca Nr 7

Pyt. 1: Dot. Zadania Nr 2:

Poz. 1 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły biopsyjnej do talerza w rozmiarze 15cm, 11 lub 13cm, tak jak dotychczas stosowane na terenie Państwa placówki.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w igły biopsyjnej.

Poz. 5-6 - Czy jednorodna silikonowa podzielna membrana w zaworze dostępu żylnego ma być osadzona na przezroczystym plastikowym konektorze?

Odp.: Tak.

Poz. 9-10 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos dla dzieci mikrobiologicznie czystych, powszechnie stosowanych w placówkach zdrowia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Pragniemy zauważyć, iż stosowanie sterylnych cewników do podawania tlenu przez nos nie ma uzasadnienia klinicznego, jako że tlen medyczny nie jest sterylny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza nebulizatory czyste mikrobiologicznie.

Pyt. 2: Dot. Zadania Nr 3:

Poz. 13-19 - Czy poprzez opublikowane badania kliniczne Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty co najmniej trzech opublikowanych badań klinicznych potwierdzających ograniczenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem zastosowanym do produkcji kaniul?

Odp.: Tak.

Pyt. 3: Dot. Zadania Nr 5:

Poz. 1,2,4,7 - Pełna i wiarygodna informacja o czasie przenikania przez rękawice różnych substancji chemicznych pozwala właściwie zaplanować prace personelu i zagwarantować tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa. Czy w związku z powyższym, do oferty mają być dołączone dokumenty potwierdzające testowanie rękawic diagnostycznych na przenikalność dla substancji **chemicznych z co najmniej z czterech podstawowych grup technicznych** wykorzystywanych w laboratoriach diagnostycznych oraz w środkach myjących i dezynfekcyjnych?

Odp.: Do oferty mogą być dołączone w/w dokumenty.

Pyt. 4:

Czy Zamawiający w celu zagwarantowania wysokiej jakości oferowanych rękawiczek oraz ich zgodności z normami będzie oczekiwał rękawic lateksowych niesterylnych produkowanych pod kontrolą jednostki notyfikowanej (potwierdzenie zasadności oznakowanie rękawic znakiem CE) i w związku z tym będzie oczekiwał załączenia do oferty stosownego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną?

Odp.: Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentów określonych w SIWZ w Rozdziale V oraz Załączniku Nr 2.

Pyt. 5:

Z uwagi na fakt, iż jedną z dróg transmisji wirusa (między innymi A/H1N1) są dłonie (kontakt z błonami śluzowymi), Zamawiającymi będzie oczekiwał dołączenia udokumentowanego certyfikatu, szczelność dla wirusów (według normy ASTM F1671)?

Odp.: Zamawiający dopuszcza dołączenie w/w certyfikatu, ale nie wymaga.

Pyt. 6: Dotyczy SIWZ:

Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?

W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi odmownej, w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, uprzejmie prosimy o wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach którego konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „Realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odp.: W przypadku udzielenia zamówienia jednemu Wykonawcy kilku zamówień w ramach niniejszego postępowania przetargowego Zamawiający zawrze jedną umowę. W związku z powyższym wyraża

zgodę na wprowadzenie zapisu do umowy: „Realizacja każdego z zadań z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Pyt. 7:

Prosimy Zamawiającego o zmianę w umowie § 4 pkt 2 na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

- a) 1% niezrealizowanej części wartości złożonego zamówienia brutto, za każdy dzień zwłoki w dostawie danej partii przedmiotu umowy, począwszy od 4 dnia od złożenia zamówienia, albo 4 dnia od dnia poinformowania,
- b) 10% niezrealizowanej części wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, chyba że nie ponosi on winy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w/w zmian w projekcie umowy.

Pyt. 8:

Prosimy o dodanie zapisu we wzorze umowy w § 4 pkt 4:

„Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu w dniu składania ofert”

Odp.: Zgodnie z § 4 pkt 2 lit. b) kara nie zostanie naliczona w sytuacji gdy Wykonawca odstąpi od umowy nie ze swojej winy.

Wykonawca Nr 8

Pyt. 1: Dotyczy Zadanie Nr 5, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy bez wewnętrznej warstwy polimerowej, o powierzchni gładkiej, reszta parametrów bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu Nr 5, poz. 2 w/w rękawic.

Wykonawca Nr 9

Pyt. 1: Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komorą kroplową z PCV, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w przyrządu do infuzji.

Pyt. 2: Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową z PCV, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w przyrządu do przetaczania krwi.

Pyt. 3: Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu sterylne o poj. 100 ml, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza pojemnik do moczu sterylne o poj. 100ml.

Pyt. 4: Zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści wąż do ssaka o średnicy końcówek 9mm x 5mm o dł 2m?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie ssak o innych średnicach końcówek niż określone w SIWZ.

Pyt. 5: Zadanie 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zglębnik żołądkowy o rozmiarze 20 x 1050, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie zglębniaka o w/w wymiarach.

Pyt. 6: Zadanie 1, pozycja 10

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 10 z zadania 1 i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 10 z Zadania Nr 1 i dołączenie jej do Zadania Nr 6 (podzielonego) jako pozycji 48.

Pyt. 7: Zadanie 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści igłę o rozmiarze 0,9 x 88 mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza zaferowania w/w igieł.

Pyt. 8: Zadanie 1, pozycja 21-24

Czy Zamawiający wymaga strzykawek trzyczęściowych?

Odp.: Zamawiający nie wymaga strzykawek trzyczęściowych.

Pyt. 9: Zadanie 1, pozycja 21-24

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z nie rozszerzoną skalą?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w/w strzykawek.

Pyt. 10: Zadanie 1, pozycja 21-24

Czy Zamawiający dopuści dokonanie wyceny za 100 szt. i odpowiednie przeliczenie ilości?

Odp.: Tak.

Pyt. 11: Zadanie 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą skalą?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza strzykawek z pojedynczą skalą.

Pyt. 12: Zadanie 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o dł. 2,1 m?

Odp.: Tak.

Pyt. 13: Zadanie 1, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści filtry w opakowaniu zbiorczym o innej ilości i dokonanie wyceny za 1 szt.?

Odp.: Tak.

Z upoważnienia Dyrektora
Teresa Sadowska
Naczelną Pielęgniarką

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma faxem na nr 089 532 29 76

Otrzymałem/am stron (podać ilość)

.....
(podpis i pieczęć firmowa)